

TARAMALI UÇ MİKROSKOBU (SPM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) X – Y tarama aralığı; maksimum 100 µm x 100 µm, minimum 1 µm x 1 µm'dir.
- 2) Z aralığı maksimum 10 µm'dir.
- 3) Mikroskop, 5 megapikselli dijital kameradan oluşmakta olup 180 µm – 1465 µm görüntüleme alanına sahiptir.
- 4) Contact mod ve tapping mod çalışma modları mevcuttur.