

## **Jel Görüntüleme Cihazı Teknik Şartnamesi**

- 1) 2.0 megapiksel CCD kamera gücünü kullanabilmelidir.
- 2) CCD kamera keskin hassasiyetinin yanısıra kısa pozlama süresi ile net görüntü sağlamalıdır.
- 3) Daha kısa sürede görüntü almaya imkan vermelidir.
- 4) Sistem kompakt, dayanıklı, kullanışlı ve uygun çalışma sağlamalıdır.
- 5) Ön-odaklı lens ile herhangi bir ayarlamaya gerek olmadan sistem doğrudan çalışmalıdır.
- 6) Yenilikçi kabineti beyaz ışık, beyaz ışık masa, mavi ışık ve UV ışık rahatınız için aynı kabin içine entegre edilmelidir.
- 7) 21 x 26 cm alan herhangi bir sorun olmadan büyük jel görüntülemenizi sağlamalıdır.
- 8) Tek tuşla görüntü yakalama yazılımı temel jel analiz yazılımı ile birleştirmiş olmalı ve görüntü sonrası hızlı sonuç vermelidir.