

TARAMALI UÇ MİKROSKOBU (SPM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. X – Y tarama aralığı; maksimum 100 µm x 100 µm, minimum 0.5 µm x 0.5 µm olmalıdır.
2. Z aralığı maksimum 10 µm olmalıdır.
3. Mikroskop 5 megapikselli dijital kameraya sahip olmalıdır ve görüntüler kaydedilebilmelidir.
4. Mikroskop contact mod, tapping mod ve peak force tapping mod çalışma modlarına sahip olmalıdır.